

韶关市动物疫病预防控制中心

报价邀请函

各合格供应商：

我中心兽医实验室近期需采购一批动物疫病检测试剂，具体如下：

一、供应商应具备以下条件：

- (1) 具有独立承担民事责任的能力；
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供财务状况报告）；
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供证明材料）；
- (5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）；
- (6) 法律、行政法规规定的其他条件。

二、项目技术规格、参数要求：

(一) 采购项目需求一览表：

序号	试剂名称	规格	单位	数量	备注
1	非洲猪瘟病毒荧光 PCR 检测试剂盒	50T/盒	盒	4	
2	猪繁殖与呼吸综合征病毒 ELISA 抗体检测试剂盒	96T*2/盒	盒	1	
3	猪伪狂犬病毒 gB 抗体诊断试剂盒	96T*2/盒	盒	2	
4	猪伪狂犬病毒 gE 抗体诊断试剂盒	96T*2/盒	盒	2	
5	口蹄疫病毒 O 型竞争 ELISA 抗体检测试剂盒	96T*2/盒	盒	1	
6	口蹄疫病毒非结构蛋白检测试剂盒	96T/盒	盒	2	
7	猪瘟间接 ELISA 检测试剂盒	96T*2/盒	盒	3	
8	猪圆环病毒 2 型抗体检测试剂盒	96T*2/盒	盒	2	
9	布病虎红平板凝集试验抗原	10ml/瓶	瓶	5	

10	鸡白痢平板凝集试验抗原	15ml/瓶	瓶	2	
11	布病竞争 ELISA 检测试剂盒	96T*2/盒	盒	1	
12	非洲猪瘟病毒 ELISA 抗体检测试剂盒	96T*2/盒	盒	2	
13	猪链球菌 2 型荧光 PCR 检测试剂盒	50T/盒	盒	2	
14	口蹄疫病毒 O 型液相阻断 ELISA 抗体检测试剂盒	50-100T/盒	盒	12	
15	口蹄疫病毒 A 型液相阻断 ELISA 抗体检测试剂盒	50-100T/盒	盒	5	
16	口蹄疫病毒 A 型竞争 ELISA 抗体检测试剂盒	96T*2/盒	盒	1	
17	猪蓝耳病毒美洲变异株核酸检测试剂盒 (PCR-荧光探针法)	50T/盒	盒	1	
18	猪蓝耳病毒欧洲株核酸检测试剂盒 (PCR-荧光探针法)	50T/盒	盒	2	
19	小反刍兽疫竞争 ELISA 检测试剂盒	96T*2/盒	盒	2	
20	非洲猪瘟病毒基因 I 型和 II 型荧光 PCR 鉴别检测试剂盒	50T/盒	盒	1	
21	布鲁氏菌病荧光 PCR 检测试剂盒	50T/盒	盒	2	
22	通用型禽流感核酸检测试剂盒 (荧光 RT-PCR 法)	50T/盒	盒	8	
23	H5 亚型禽流感核酸检测试剂盒 (荧光 RT-PCR 法)	50T/盒	盒	1	
24	H7 亚型禽流感核酸检测试剂盒 (荧光 RT-PCR 法)	50T/盒	盒	1	
25	H9 亚型禽流感核酸检测试剂盒 (荧光 RT-PCR 法)	50T/盒	盒	1	
26	猪传染性胃肠炎病毒/猪流行性腹泻病毒/猪轮状病毒三重核酸检测试剂盒	50T/盒	盒	5	
27	猪伪狂犬病毒 gE 荧光 RT-PCR 检测试剂盒	50T/盒	盒	2	
28	猪圆环病毒 2 型荧光 RT-PCR 检测试剂盒	50T/盒	盒	1	
29	DNA/RNA 核酸提取 (磁珠法) 试剂盒	48T/盒	盒	20	

(二) 技术参数要求:

序号	试剂名称	参考规格	技术参数
1	非洲猪瘟病毒荧光 PCR 检测试剂盒	50T/盒	1. 具有农业农村部核发的兽药产品批准文号。 2. 试剂盒规格: ≥ 50 份/盒。 3. 灵敏度: 最低检测限 ≤ 1000 copies/mL。 4. 敏感性: $\geq 98\%$ 。 5. 特异性: $\geq 98\%$ 。 6. 稳定性: 批内及批间差异系数 (CV 值) $\leq 3\%$ 。 7. 有效期: ≥ 12 个月。

2	猪繁殖与呼吸综合征病毒 ELISA 抗体检测试剂盒	96T*2/盒	1. 具有农业农村部核发的兽药产品批准文号。 2. 试剂盒规格：≥192 孔/盒。 3. 敏感性：≥96%。 4. 特异性：≥96%。 5. 稳定性：批内及批间差异系数（CV 值）≤5%。 6. 有效期：≥12 个月。
3	猪伪狂犬病毒 gB 抗体诊断试剂盒	96T*2/盒	1. 具有农业农村部核发的兽药产品批准文号。 2. 试剂盒规格：≥192 孔/盒。 3. 敏感性：≥96%。 4. 特异性：≥96%。 5. 稳定性：批内及批间差异系数（CV 值）≤5%。 6. 有效期：≥12 个月。
4	猪伪狂犬病毒 gE 抗体诊断试剂盒	96T*2/盒	1. 具有农业农村部核发的兽药产品批准文号。 2. 试剂盒规格：≥192 孔/盒。 3. 敏感性：≥96%。 4. 特异性：≥96%。 5. 稳定性：批内及批间差异系数（CV 值）≤5%。 6. 有效期：≥12 个月。
5	口蹄疫病毒 O 型竞争 ELISA 抗体检测试剂盒	96T*2/盒	1. 具有农业农村部核发的兽药产品批准文号。 2. 试剂盒规格：≥192 孔/盒。 3. 敏感性：≥96%。 4. 特异性：≥96%。 5. 稳定性：批内及批间差异系数（CV 值）≤5%。 6. 有效期：≥12 个月。
6	口蹄疫病毒非结构蛋白检测试剂盒	96T/盒	1. 具有农业农村部核发的兽药产品批准文号。 2. 试剂盒规格：≥96 孔/盒，检测样品类型包括猪牛羊血清。 3. 敏感性：≥96%。 4. 特异性：≥96%。 5. 稳定性：批内及批间差异系数（CV 值）≤5%。 6. 有效期：≥12 个月。
7	猪瘟间接 ELISA 检测试剂盒	96T*2/盒	1. 具有农业农村部核发的兽药产品批准文号。 2. 试剂盒规格：≥192 孔/盒。 3. 敏感性：≥96%。 4. 特异性：≥96%。 5. 稳定性：批内及批间差异系数（CV 值）≤5%。 6. 有效期：≥12 个月。
8	猪圆环病毒 2 型抗体检测试剂盒	96T*2/盒	1. 具有农业农村部核发的兽药产品批准文号。 2. 试剂盒规格：≥192 孔/盒。 3. 敏感性：≥96%。 4. 特异性：≥96%。 5. 稳定性：批内及批间差异系数（CV 值）≤5%。 6. 有效期：≥12 个月。

9	布病虎红平板凝集试验抗原	10ml/瓶	1. 具有农业农村部核发的兽药产品批准文号。 2. 作用与用途：用于虎红平板凝集试验诊断布氏菌病。 3. 保存条件：2~8℃保存。 4. 试剂盒规格：≥10ml/瓶。 5. 试剂盒有效期：有效期为 12 个月。
10	鸡白痢抗原	15ml/瓶	1. 具有农业农村部核发的兽药产品批准文号。 2. 规格：≥5mL/瓶。 3. 作用与用途：用于全血平板凝集试验诊断鸡白痢和鸡伤寒。 4. 有效期：≥12 个月。 5. 主要成分与含量：抗原为灭活的标准型鸡白痢沙门氏菌 C79-1 株（CVCC79201）和变异型鸡白痢沙门氏菌 C79-7 株（CVCC79207）；阳性血清为抗 C79-1 株和 C79-7 株（CVCC79201 和 CVCC79207）抗原的羊或兔高免冻干血清，弱阳性血清效价每毫升含 10IU，强阳性血清效价每毫升含 500IU；阴性血清为健康家兔血清。
11	布病竞争 ELISA 检测试剂盒	96T*2/盒	1. 试剂盒规格：≥192 孔/盒。 2. 敏感性：≥96%。 3. 特异性：≥96%。 4. 稳定性：批内及批间差异系数（CV 值）≤5%。 5. 有效期：≥12 个月。
12	非洲猪瘟病毒 ELISA 抗体检测试剂盒	96T*2/盒	1. 试剂盒规格：≥192 孔/盒。 2. 敏感性：≥96%。 3. 特异性：≥96%。 4. 稳定性：批内及批间差异系数（CV 值）≤5%。 5. 有效期：≥12 个月。
13	猪链球菌 2 型荧光 PCR 检测试剂盒	50T/盒	1. 能特异性地检测猪链球菌 2 型核酸。 2. 试剂盒组成：RT-qPCR 反应液、引物探针混合液、无菌无核酸酶水、阴性对照、阳性对照。 3. 敏感性：检测下限低于 5copies/μL。 4. 特异性：100%。 5. 重复性：批间、批内差异≤3%。 6. 规格：≥50 份/盒。 7. 保存条件：-20℃保存。 8. 有效期 ≥ 12 个月。
14	口蹄疫病毒 O 型液相阻断 ELISA 抗体检测试剂盒	5*96T/盒	1. 作用与用途：用于牛、羊、猪等动物血清样本口蹄疫 O 型抗体检测。 2. 采用液相阻断 ELISA 检测方法，敏感性：98%以上；特异性：98%以上；稳定性：批内及批间差异≤3%。 3. 含有液相阻断 ELISA 检测所需全部试剂，可在 75min 内完成 96 份样品检测： 4. 规格：5*96 孔板/盒（可拆条）；可检测 50~100 份

			样品。 5. 储存条件：病毒抗原-20℃以下保存，其余试剂盒组分4℃保存。 6. 有效期：≥12个月。
15	口蹄疫病毒 A 型液相阻断 ELISA 抗体检测试剂盒	5*96T/盒	1. 作用与用途：用于牛、羊、猪等动物血清样本口蹄疫 A 型抗体检测。 2. 采用液相阻断 ELISA 检测方法，敏感性：98%以上特异性：98%以上；稳定性：批内及批间差异≤3%。 3. 含有液相阻断 ELISA 检测所需全部试剂，可在 75min 内完成 96 份样品检测。 4. 规格：5*96 孔板/盒（可拆条）；可检测 50~100 份样品。 5. 储存条件：病毒抗原-20℃以下保存，其余试剂盒组分4℃保存。 6. 有效期：≥12个月。
16	口蹄疫病毒 A 型竞争 ELISA 抗体检测试剂盒	96T*2/盒	1. 试剂盒规格：≥192 孔/盒。 2. 敏感性：≥96%。 3. 特异性：≥96%。 4. 稳定性：批内及批间差异系数（CV 值）≤5%。 5. 有效期：≥12个月。
17	猪蓝耳病毒高致病型核酸检测试剂盒（荧光 RT-PCR 法）	50T/盒	1. 能特异性地检测猪蓝耳病毒美洲变异株核酸。 2. 试剂盒组成：RT-qPCR 反应液、引物探针混合液、无菌无核酸酶水、阴性对照、阳性对照。 3. 敏感性：检测下限低于 5copies/μL。 4. 特异性：100%。 5. 重复性：批间、批内差异≤3%。 6. 规格：≥50 份/盒。 7. 保存条件：-20℃保存。 8. 有效期 ≥ 12 个月。
18	猪蓝耳病毒欧洲株核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）	50T/盒	1. 能特异性地检测猪蓝耳病毒欧洲株。 2. 试剂盒组成：RT-qPCR 反应液、引物探针混合液、无菌无核酸酶水、阴性对照、阳性对照。 3. 敏感性：检测下限低于 5copies/μL。 4. 特异性：100%。 5. 重复性：批间、批内差异≤3%。 6. 规格：≥50 份/盒。 7. 保存条件：-20℃保存。 8. 有效期 ≥ 12 个月。

19	小反刍兽疫竞争 ELISA 检测试剂盒	96T*2/盒	1. 试剂盒规格：≥192 孔/盒。 2. 敏感性：≥96%。 3. 特异性：≥96%。 4. 稳定性：批内及批间差异系数（CV 值）≤5%。 5. 有效期：≥12 个月。
20	非洲猪瘟病毒基因 I 型和 II 型荧光 PCR 鉴别检测试剂 盒		1. 作用与用途：用于猪血液、脾脏、淋巴结、肾脏组织、唾液、口鼻拭子、环境等非洲猪瘟病毒核酸的检测。 2. 保存条件：-20℃以下冷冻保存。 3. 试剂盒规格：≥50 份/盒。 4. 敏感性：≥98%。 5. 特异性：≥98%。 6. 稳定性：批内及批间差异系数（CV 值）≤3%。 7. 有效期：≥12 个月。
21	布鲁氏菌病荧光 PCR 检测试剂盒	50T/盒	1. 能特异性地检测布鲁氏菌核酸。 2. 试剂盒组成：RT-qPCR 反应液、引物探针混合液、无菌无核酸酶水、阴性对照、阳性对照。 3. 敏感性：检测下限低于 5copies/μL。 4. 特异性：100%。 5. 重复性：批间、批内差异≤3%。 6. 规格：≥50 份/盒。 7. 保存条件：-20℃保存。 8. 有效期 ≥ 12 个月。
22	通用型禽流感核酸 检测试剂盒（荧光 RT-PCR 法）	50T/盒	1. 试剂盒规格：≥50 份/盒。 2. 灵敏度：最低检测限≤1000 copies/mL。 3. 敏感性：≥98%。 4. 特异性：≥98%。 5. 稳定性：批内及批间差异系数（CV 值）≤3%。 6. 有效期：≥12 个月。
23	H5 亚型禽流感核 酸检测试剂盒（荧 光 RT-PCR 法）	50T/盒	1. 试剂盒规格：≥50 份/盒。 2. 灵敏度：最低检测限≤1000 copies/mL。 3. 敏感性：≥98%。 4. 特异性：≥98%。 5. 稳定性：批内及批间差异系数（CV 值）≤3%。 6. 有效期：≥12 个月。
24	H7 亚型禽流感核 酸检测试剂盒（荧 光 RT-PCR 法）	50T/盒	1. 试剂盒规格：≥50 份/盒。 2. 灵敏度：最低检测限≤1000 copies/mL。 3. 敏感性：≥98%。 4. 特异性：≥98%。 5. 稳定性：批内及批间差异系数（CV 值）≤3%。 6. 有效期：≥12 个月。

25	H9 亚型禽流感核酸检测试剂盒（荧光 RT-PCR 法）	50T/盒	1. 试剂盒规格：≥50 份/盒。 2. 灵敏度：最低检测限≤1000 copies/mL。 3. 敏感性：≥98%。 4. 特异性：≥98%。 5. 稳定性：批内及批间差异系数（CV 值）≤3%。 6. 有效期：≥12 个月。
26	胃肠炎/腹泻/轮状病毒三重荧光 PCR 检测试剂盒	50T/盒	1. 作用与用途：用于猪的粪便、肛拭子、肠组织、肠内容物和环境拭子等样品中猪流行性腹泻病毒（PEDV）、猪传染性胃肠炎病毒（TGEV）和猪轮状病毒（PoRV）核酸的检测。 2. 保存条件：-20℃以下冷冻保存。 3. 试剂盒规格：≥50 份/盒。 4. 试剂盒组成：酶反应液 1000 μl/管、引物探针、阳性对照 500 μl/管、阴性对照 500 μl/管 5. 灵敏度：最低检测限≤1000 copies/mL。 6. 敏感性：≥98%。 7. 特异性：≥98%。 8. 稳定性：批内及批间差异系数（CV 值）≤3%。 9. 有效期：≥15 个月。
27	猪伪狂犬病毒 gE 荧光 RT-PCR 检测试剂盒	50T/盒	1. 能特异性地检测猪蓝耳病毒美洲变异株核酸。 2. 试剂盒组成：RT-qPCR 反应液、引物探针混合液、无菌无核酸酶水、阴性对照、阳性对照。 3. 敏感性：检测下限低于 5copies/μL。 4. 特异性：100%。 5. 重复性：批间、批内差异≤3%。 6. 规格：≥50 头份/盒。 7. 保存条件：-20℃保存。 8. 有效期 ≥ 12 个月。
28	猪圆环病毒 2 型荧光 RT-PCR 检测试剂盒	50T/盒	1. 能特异性地检测猪圆环病毒 2 型核酸。 2. 试剂盒组成：RT-qPCR 反应液、引物探针混合液、无菌无核酸酶水、阴性对照、阳性对照。 3. 敏感性：检测下限低于 5copies/μL。 4. 特异性：100%。 5. 重复性：批间、批内差异≤3%。 6. 规格：≥50 头份/盒。 7. 保存条件：-20℃保存。 8. 有效期 ≥ 12 个月。

永
世
昌

29	DNA/RNA 核酸提取（磁珠法）试剂盒	48T/盒	1. 提取原理：磁珠法提取。 2. 样本适用性：血清、全血、尿液、粪便、拭子洗液、组织等 DNA/RNA。 3. 包装形式：试剂组分已经预封装在提取耗材的不同孔位内，高温热封贴膜后抽真空包装。 4. 仪器匹配性：能够匹配 Thermo、天隆、硕世等多品牌开放式核酸提取仪。 5. 单次提取时间：15-30 分钟。 6. 规格：≥48T/盒。 7. 储存及有效期：室温保存条件下，有效期≥18 个月。
----	----------------------	-------	---

三、采购项目商务要求：

1. 交货地点：采购人指定地点。
2. 供货要求：
 - （1）须提供全新、原装，并符合质量标准及技术参数的检测试剂。
 - （2）试剂保存及运输需符合规定要求，并按使用单位指定地点送货上门，并保证各产品在规定的使用有效期内。
 - （3）所有试剂在签订合同后 15 个工作日内送货上门。
 - （4）所有试剂在供货后一个月内出现质量问题，实行包退包换。
3. 付款方式：需签订合同，待所有试剂验收合格后，开具发票后 10 个工作日在政府财政支付平台提交财政支付申请手续。

韶关市动物疫病预防控制中心

2025年9月8日